

Tymbark, 22.11.2024 r.

TYMBARK - MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Tymbark 156  
34-650 Tymbark

### Do Oferentów biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy:** Zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa sprzętu na potrzeby realizacji prac B+R” w ramach projektu NUTRITECH1/001F/2022 „Spersonalizowany system optymalizacji nawodnienia – The IQ & Water” realizowanego przez Tymbark-MWS Sp. z o.o. w ramach I konkursu Programu rządowego NUTRITECH - żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

**Oznaczenie sprawy:** IQWATER/1/2024/ZP

Zamawiający, Tymbark-MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tymbarku, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

#### **Pytanie z dnia 21.11.2024 r.:**

*Część II - waga precyzyjna. Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wagi precyzyjnej, posiadającej minimalną naważkę standardową USP wynoszącą 10 g, spełniającą wszystkie inne warunki podane w specyfikacji.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Informujemy, że taka różnica w rzędzie wielkości naważki jest dla nas nieakceptowalna. Nie wyrażamy zgody na dopuszczenie do udziału w postępowaniu wagi precyzyjnej posiadającej minimalną naważkę standardową USP wynoszącą 10 g.