

TYMBARK - MWS Spółka z o.o.
Tymbark 156
34-650 Tymbark

Tymbark, 27.05.2025 r.

Do Oferentów biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy zamówienia pn. „Dostawa drobnych sprzętów laboratoryjnych na potrzeby realizacji prac B+R” w ramach projektu NUTRITECH1/001F/2022 „Spersonalizowany system optymalizacji nawodnienia – The IQ & Water” realizowanego przez Tymbark-MWS Sp. z o.o. w ramach I konkursu Programu rządowego NUTRITECH - żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

Oznaczenie sprawy: IQWATER/6/2025/ZP

Zamawiający, Tymbark-MWS Sp. z o.o. z siedzibą w Tymbarku, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE I. Z 26.05.2025 R.:

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet pakowane po 1000 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza końcówki do pipet pakowane po 1000 sztuk. W związku z powyższym Zamawiający zaktualizował zapisy zapytania ofertowego dot. ilości końcówek do pipet – usunięto zapisy dot. wielkości opakowań

PYTANIE II. Z 26.05.2025 R.:

Czy wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty na podłoże PCA Standard Methods Agar w postaci proszku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podłoże PCA Standard Methods Agar w postaci proszku. W związku z powyższym Zamawiający zaktualizował zapisy zapytania ofertowego we wskazanym zakresie.

PYTANIE I. Z 27.05.2025 R.:

Zwracam się z prośbą o przesłanie załączników w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ofertę należy przygotować na zamieszczonym na stronie internetowej dokumencie w formacie pdf.

PYTANIE II. Z 27.05.2025 R.:

Czy jest możliwość uzyskania informacji o elektrodzie z pozycji 3, opis z Państwa zapytania nie do końca precyzuje / opisuje produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to elektroda pH, kombinowana, IntelliCAL™, PHC725, Red Rod. W związku z powyższym Zamawiający zaktualizował zapisy zapytania ofertowego we wskazanym zakresie.